

BESCHEINIGUNG

Prof. Dr. Dirk Bockmühl
Campus Kleve

Telefon: +49 (0) 28 21 / 806 73-208

Telefon (Sekretariat): +49 (0) 28 21 / 806 73-213 oder -242

Fax: +49 (0) 28 21 / 806 73-260

E-Mail: dirk.bockmuehl@hochschule-rhein-waal.de

(stets angeben) Zeichen: DB

Datum: 27. November 2019


Dem Unternehmen

Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

wird hiermit bescheinigt, dass im Rahmen der von der Hochschule Rhein-Waal / Fakultät Life Sciences durchgeführten Prüfungen (Prüfbericht HM020005101D vom 31.10.2019) die Spülmaschine PG 8063 AE die Anforderungen an eine Keimreduktion im Rahmen der chemischen Desinfektion von 5 log-Stufen übertroffen hat.

Die im Rahmen der Untersuchung erreichte mittlere Keimreduktion im „Sf Special“-Programm bei der Aufbereitung von Atemschutzmasken der Hersteller Dräger und MSA betrug 7,29 log-Stufen und für das „Variochem“-Programm bei der Aufbereitung von Atemschutzmasken des Herstellers Interspiro 6,92 log-Stufen.

Kleve, 27.November 2019



Prof. Dr. Dirk Bockmühl