Miele

ProCare
Lab 10 AT

Puhdistusaine

Käyttö:
Nestemäinen tiiviste, emäksinen. Laboratoriolasien ja -välineiden puhdistukseen Miele Professional -laboratoriopesukoneissa.

Pääasialliset käyttökohteet:
ProCare Lab 10 AT: tä käytetään elintarviketeollisuuden, kosmetiikka- ja lääketeollisuuden laboratorioissa sekä mineraaliöljy- ja muiden teollisuudenalojen laboratorioissa.

Tuotteen ominaisuudet:
- Tehokas emäksinen pesuaine, joka sisältää tensidejä, jonka emulgointi- ja dispergointiteho ja liansiirtokyky ovat erinomaiset.
- Puhdistaa tehokkaasti itsepintaiset jäämät, kuten öljyt, rasvat, hartsit, parafiinit ja orgaaniset pigmentit.
- Ei sisällä fosfaatteja, silikaatteja eikä hapettimia.
- Voidaan käyttää kaikilla vedenkovuuksilla.

Soveltuu: Ruostumattomalle teräkselle, laboratoriolaseille, keramiikalle, muoveille[2] (PE, PP, PVDF, PTFE)
Ei sovellu: Kevytmetalleille ja raudattomille metalleille, kevytmetallin seoksille, alumiinille, eloksoidulle alumiinille

Käyttö ja annostus:
ProCare Lab 10 AT on suunniteltu käytettäväksi Miele Professional -laboratoriopesukoneissa.
- Tarkka ja taloudellinen annostelu annostuspumpun avulla.
- Käytä asianmukaisia annostusvälineitä.
- Annostussuhde: Annostusmäärä valitaan likaisuusasteen mukaan ja sen tulisi olla 2–4 ml/l.
- Ohjelman happaman neutraloinnin vaiheessa emäksiset jäämät neutraloidaan *ProCare Lab 30 P-* tai *ProCare Lab 30 C* -kemikaalilla.
- Pienin annostelulämpötila: ≥ 40 °C, suositeltu enimmäislämpötila käytön aikana: ≤ 95 °C

Ohjelman kulku:
Yleisohjelmaan perustuva esimerkki.



Yleispesu:
1 Esipesu
Kylmä vesi, ei lämmitystä, ei prosessikemikaaleja
2 Varsinainen pesu
Kylmä/kuuma vesi, *lämmitys, ProCare Lab 10 AT*
3 Neutralointi
Kylmä/kuuma vesi, ei *lämmitystä,* ProCare *Lab 30 P tai ProCare Lab 30 C*
4 Useita huuhteluita
Kylmä/kuuma vesi tai demineralisoitu vesi/ultrapuhdas vesi, *ei lämmitystä.*
5 Loppuhuuhtelu
Demineralisoitu vesi/ultrapuhdas vesi, lämmitys
6 Kuivaus

Huomaa!
- *ProCare Lab 10 AT* -pesuliuos on huuhdeltava kokonaan pois vedellä (mieluiten täysin demineralisoidulla vedellä).
- Ei saa sekoittaa muiden tuotteiden kanssa.
- Huuhtele annostusjärjestelmä ja imuputket ennen kuin vaihdat tuotteen toiseen.
- Noudata laboratoriolasivalmistajien puhdistussuosituksia.
- Loppuhuuhtelussa suositellaan käytettäväksi demineralisoitua vettä vesitahrojen välttämiseksi.
- Myös Miele Professional -laboratoriopesukoneiden käyttöohjeita tulee noudattaa.
- Vain ammattikäyttöön.

[1]Lasi- ja [2]muovityypit, jotka soveltuvat emäksiseen konepesuun valmistajan ohjeiden mukaisesti.

ProCare
Lab 10 AT

Puhdistusaine

Tekniset tiedot:
- Tiheys (20 °C): noin 1,2 g/cm³
- pH-arvo (määritetty käytettäessä täysin demineralisoitua vettä, 20 °C) 2–4 ml/l: noin 12,0–12,3

Ainesosat pesuaineista annetun EY-asetuksen nro 648/2004 mukaisesti:
- < 5 % amfoteerisiä tensidejä
- 5–15 % polykarboksylaatteja

Säilytys:
- Säilytyslämpötila: 0 °C ... 30 °C
- Säilyy asianmukaisesti säilytettynä 3 vuotta.
- Viimeinen käyttöpäivä: Merkitty etikettiin tiimalasi-symbolin perään .

Varoitukset ja turvallisuusohjeet:
Katso turvallisuus- ja ympäristötiedot käyttöturvallisuustiedotteista. Löydät ne Mielen verkkosivuilta.

Hävitä pakkaukset vain tyhjinä ja suljettuina. Tuotejäämien hävittäminen: ks. käyttöturvallisuustiedote.

Kaikki tässä tuotetietokortissa annetut tiedot ovat ajantasaisia, oikeita ja totuudenmukaisia. Se ei kuitenkaan vapauta käyttäjiä velvoitteesta suorittaa omia tarkastuksia ja testejä. Tätä ei voida pitää tuotteen ominaisuuksien tai ominaispiirteiden laillisena takuuna.

Pakkausyksiköt ja varusteet:

Nimitys	Pakkausyksikkö
ProCare Lab 10 AT	5 l ja 10 l kanisteri
Kanisteriavain	5, 10 ja 20 l kanistereille
DTD 2 -alusta	5 ja 10 l kanistereille

Yhteystiedot:

Saksa
Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tel.: +49 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Suomi
Miele Oy
Porttikaari 6
01200 Vantaa
Tel.: +358 9 87597-0
professional@miele.fi
www.miele.fi/professional

Saksa
Chemische Fabrik
Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85
20539 Hamburg
www.drweigert.de

© Miele & Cie. KG, Gütersloh / mat.nro 12977450 / FM 19-0422 / Versio: 07/2025