ProCare
Med 10 A

Détergent alcalin multi-usage pour le traitement automatisé

Instructions d'utilisation

Application
ProCare Med 10 A est un détergent alcalin qui n'agresse pas les matériaux et est destiné aux laveurs-désinfecteurs pour le traitement automatisé de dispositifs médicaux réutilisables, thermostables, invasifs et non-invasifs tels que les instruments chirurgicaux, microchirurgicaux et de chirurgie mini-invasive (CMI), les équipements d'anesthésie et respiratoires et d'autres équipements médicaux.

Propriétés
ProCare Med 10 A est un détergent alcalin présentant les propriétés suivantes :
- Élimine en douceur mais efficacement le sang, les résidus de tissus, les protéines
- Supprime parfaitement les contaminants et possède des propriétés dispersantes
- Spécialement développé pour un usage avec des laveurs-désinfecteurs
- Excellente compatibilité avec les matériaux
- Sans tensioactifs ni alcalis caustiques

Compatibilité des matériaux
Convient pour l'acier inoxydable, les matières plastiques, les élastomères, le caoutchouc, le latex, la céramique et le verre. Non compatible avec l'aluminium (anodisé) et le titane.

Pour les matériaux non mentionnés ci-dessus, veuillez contacter votre représentant local afin de déterminer si le matériau est compatible.

Dosage et application
Le dosage optimal dépend de facteurs tels que la dureté de l'eau et la nature de la contamination. En général, l'usage d'eau adoucie permet d'obtenir de meilleurs résultats de nettoyage. Le dosage peut, par conséquent, être diminué.
Dans la pratique, un dosage de 3 à 10 mL/L donne de bons résultats au bout de 10 minutes minimum à 60 °C.
Procéder à un rinçage intermédiaire approprié après la phase de nettoyage avec de l'eau ou du ProCare Med 30 P (ProCare Med 30 C en cas de matériel d'anesthésie) pendant au moins 1 minute. Veuillez consulter les instructions d'utilisation de ProCare Med 30 P pour plus de détails.

Pour les laveurs-désinfecteurs Miele et Steelco, des informations spécifiques sur les cycles de programme complets sont indiquées selon les différentes disciplines médicales dans leur mode d'emploi respectif.

Remarque !
Ne pas mélanger à d'autres produits ! • Contacter le service Miele/Steelco en cas de changement de produit. • Le traitement doit se conformer à toutes les ordonnances conformément aux règlementations relatives aux dispositifs médicaux et doit être réalisé selon des processus appropriés et validés. • Conformément aux directives nationales et/ou à la norme EN ISO 15883, une qualification de performance est nécessaire. • Suivre les recommandations sur le retraitement publiées par les fabricants d'instruments au regard des dispositions de la norme ISO 17664. • Les instructions d'utilisation des laveurs-désinfecteurs Miele/Steelco doivent être respectées. • En cas d'utilisation d'autres laveurs-désinfecteurs que ceux fournis par Miele/Steelco, veuillez vous référer au fabricant du laveur-désinfecteur et à ses instructions d'utilisation.

System4Med

ProCare
Med 10 A

Détergent alcalin multi-usage pour le traitement automatisé

Données techniques
Densité (concentré) : 1.4 g/mL
Valeur pH (1 % de solution dans de l'eau déminéralisée) : environ 11.3
Apparence (concentré) : transparent, incolore

Ingrédients
Alcalis, agents complexants, inhibiteur de corrosion, agents séquestrants

Transport et stockage
Entreposer le produit entre 5 et 25 °C.

Informations relatives à l'élimination et au recyclage
Les conteneurs, les bouchons à vis et les étiquettes sont fabriqués en polyéthylène recyclable. Pour l'élimination de conteneurs usagés, y compris ceux contenant du produit résiduel et une solution de traitement, les réglementations locales en matière de déchets et d'eaux usées doivent être respectées.
Pour l'élimination du produit non usagé, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité.

Consignes de sécurité
Pour obtenir des informations concernant la sécurité au travail, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité.

Marquage CE
ProCare Med 10 A satisfait aux exigences relatives aux dispositifs médicaux conformément à la règlementation sur les dispositifs médicaux (EU) 2017/745.

Disponibilité
Veuillez contacter votre représentant local pour en savoir plus sur les dimensions actuelles du conteneur.

Coordonnées

Allemagne

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Telefon +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

France

Miele S.A.S.
9, avenue Albert Einstein
93150 LE BLANC-MESNIL
Tel. +33 1 4939-4444
Fax +33 1 4939-4438
advpro@miele.fr
savpro@miele.fr
www.miele.fr/professional

Suisse

Miele AG
Limmatstr. 4
8957 SPREITENBACH
Tel. +41 56 417 27 51
Fax +41 56 417 24 69
www.miele.ch/de/professional
www.miele.ch/fr/professional

Italie

Steelco S.p.A.
Via Balegante 27,
31039 Riese Pio X (TV)
Tel: +39 0423 7561
www.steelcogroup.com

Luxembourg

Miele s.à.r.l.
20, Rue Christophe Plantin
L-2339 LUXEMBOURG
Tel. +352 49711-25
Fax +352 49711-39
infolux@miele.lu
www.miele.lu/de/professional
www.miele.lu/fr/professional

Belgique

N.V. MIELE S.A.
Z.5 Mollem 480
1730 MOLLEM
Tel. +32 2 4511-540
Fax +32 2 4511-414
professional@miele.be
www.miele.be/fr/professional
www.miele.be/nl/professional

Fabricant

Suisse
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13
4528 Zuchwil
Tel +41 32 686 56 00
office@borer.ch
www.borer.ch

System4Med

11961950 / 07-2021