Miele

ProCare
Lab 30 P

Neutralointiaine

Käyttö:
Nestemäinen tiiviste, hapan, fosforihappopohjainen. Laboratoriolasien ja -välineiden puhdistukseen Miele Professional -laboratoriopesukoneissa. Käytetään laboratoriolasien koneellisessa käsittelyssä neutralointiaineena emäksisten jäämien neutralointiin varsinaisessa pesussa ja/tai happamena esipesuaineena.

Pääasialliset käyttökohteet:
ProCare Lab 30 P on tarkoitettu yleiskäyttöön lääketieteen, biologian, mikrobiologian ja kemian laboratorioissa, elintarviketeollisuuden laboratorioissa, kosmetiikka- ja lääketeollisuuden laboratorioissa sekä mineraaliöljy- ja muiden teollisuudenalojen laboratorioissa.

Tuotteen ominaisuudet:
- Hapan pesuaine ja neutralointiaine.
- Ei sisällä tensidejä.
- Poistaa kalkkikertymiä ja muita happoliukoisia likaantumia.
- Hyvät huuhteluominaisuudet.

Soveltuu: Ruostumattomalle teräkselle, laboratoriolaseille[1], keramiikalle, muoveille[2] (PE, PP, PVDF, PTFE)
Ei sovellu: Kevytmetalleille ja raudattomille metalleille, kromatuille ja niklatuille osille, kevytmetalliseoksille, eloksoidulle alumiinille, alumiinille

Käyttö ja annostus:
ProCare Lab 30 P on suunniteltu käytettäväksi Miele Professional -laboratoriopesukoneissa.
- Tarkka ja taloudellinen annostelu annostuspumpun avulla.
- Käytä asianmukaisia annostusvälineitä.
- Annostussuhde: *ProCare Lab 30 P:tä* käytettäessä on noudatettava seuraavia annostussuhteita:
  - Neutralointi: 1–2 ml/l
  - Hapan esipesu/varsinainen pesu: 2–4 ml/l, 40–60 °C
- Matalin annostelulämpötila: ≥ 15 °C, suositeltu enimmäislämpötila käytön aikana: ≤ 60 °C

Ohjelman kulku:
Yleisohjelmaan perustuva esimerkki.



Yleispesu:
1 Esihuuhtelu:
Kylmä vesi, ei lämmitystä, ei prosessikemikaaleja
2 Varsinainen pesu
Kylmä/kuuma vesi, lämmitys, emäksinen pesuaine
3 Neutralointi
Kylmä/kuuma vesi, ei lämmitystä,
ProCare Lab 30 P
4 Useita huuhteluita
Kylmä/lämmin vesi tai demineralisoitu vesi/erittäin puhdas vesi, ei lämmitystä.
5 Loppuhuuhtelu
Täysin demineralisoitu vesi/ultrapuhdas vesi, lämmitys
6 Kuivaus

Huomaa!
- *ProCare Lab 30 P* -pesuliuos on huuhdeltava kokonaan pois vedellä (mieluiten täysin demineralisoidulla vedellä).
- Käytettäessä *ProCare Lab 30 P:*tä esipesuun tai varsinaiseen pesuun tulee varmistaa pestävien esineiden, koneen ja kaikkien viemäriputkistojen haponkestävyys. Tuote ei sovellu betonisille ja valurautaisille viemäriputkille, joten poistovesi on neutraloitava ennen viemäriin päästämistä.
- Ei saa sekoittaa muiden tuotteiden kanssa.
- Huuhtele annostusjärjestelmä ja imuputket ennen kuin vaihdat tuotteen toiseen.
- Noudata laboratoriolasivalmistajien puhdistussuosituksia.
- Loppuhuuhtelussa suositellaan käytettäväksi demineralisoitua vettä vesitahrojen välttämiseksi.
- Myös Miele Professional -laboratoriopesukoneiden käyttöohjeita tulee noudattaa.
- Vain ammattikäyttöön.

[1]Lasi- ja [2]muovityypit, jotka soveltuvat happameen konepesuun valmistajan ohjeiden mukaisesti.

ProCare
Lab 30 P

Neutralointiaine

Tekniset tiedot:
• Tiheys (20 °C): noin 1,5 g/cm³
• pH-arvo (määritetty käytettäessä täysin demineralisoitua vettä, 20 °C) 1–4 ml/l: noin 2,2–1,8

Ainesosat pesuaineista annetun EY-asetuksen nro 648/2004 mukaisesti:
• > 30 % fosfaatteja

Säilytys:
• Säilytyslämpötila: -15 °C ... 30 °C
• Säilyy asianmukaisesti säilytettynä 3 vuotta.
• Viimeinen käyttöpäivä: Merkitty etikettiin tiimalasi-symbolin perään ⌛.

Varoitukset ja turvallisuusohjeet:
Katso turvallisuus- ja ympäristötiedot käyttöturvallisuustiedotteista. Löydät ne Mielen verkkosivuilta.

Hävitä pakkaukset vain tyhjinä ja suljettuina. Tuotejäämien hävittäminen: ks. käyttöturvallisuustiedote.

Kaikki tässä tuotetietokortissa annetut tiedot ovat ajantasaisia, oikeita ja totuudenmukaisia. Se ei kuitenkaan vapauta käyttäjiä velvoitteesta suorittaa omia tarkastuksia ja testejä. Tätä ei voida pitää tuotteen ominaisuuksien tai ominaispiirteiden laillisena takuuna.

Pakkausyksiköt ja varusteet:

Nimitys	Pakkausyksikkö
ProCare Lab 30 P	5 litran ja 12 kg:n kanisteri
Kanisteriavain	5, 10 ja 20 l kanistereille
DTD 2 -alusta	5 ja 10 l kanistereille

Yhteystiedot:

Saksa
Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tel.: +49 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Suomi
Miele Oy
Porttikaari 6
01200 Vantaa
Tel.: +358 9 87597-0
professional@miele.fi
www.miele.fi/professional

Saksa
Chemische Fabrik
Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85
20539 Hamburg
www.drweigert.de

© Miele & Cie. KG, Gütersloh / mat.nro 12971600 / FM 19-0434 / Versio: 07/2025