Miele

ProCare
Lab 11 AP

Puhdistusaine

Käyttö:
Jauhe, emäksinen. Laboratoriolasien ja -välineiden puhdistukseen Miele Professional -laboratoriopesukoneissa.

Pääasialliset käyttökohteet:
ProCare Lab 11 AP on tarkoitettu yleiskäyttöön vesilaboratorioissa, serologian laitoksissa ja fosfaattiteollisuuden laboratorioissa.

Tuotteen ominaisuudet:
- Emäksinen pesuaine, jolla on suojaavia ominaisuuksia.
- Poistaa tehokkaasti epäorgaanisen ja orgaanisen lian.
- Ei sisällä fosfaatteja.
- Tiivisteen P_2O_5-pitoisuus on alle 50 ppm P_2O_5.
- Sopii käytettäväksi enintään 6 °dH (1,1 mmol/l) veden kovuuksilla.

Soveltuu: Ruostumattomalle teräkselle, laboratoriolaseille[1], keramiikalle, muoveille[2] (PE, PP, PVDF, PTFE)
Ei sovellu: Kevytmetalleille ja raudattomille metalleille, kevytmetallin seoksille, alumiinille, eloksoidulle alumiinille

Käyttö ja annostus:
ProCare Lab 11 AP on suunniteltu käytettäväksi Miele Professional -laboratoriopesukoneissa.
- Annostellaan luukkuannostimen pesujauhelokeroon.
- Käytä asianmukaisia annostusvälineitä.
- Annostussuhde: Annostusmäärä valitaan likaisuusasteen mukaan ja sen tulisi olla 2–4 g/l.
- Ohjelman happaman neutraloinnin vaiheessa emäksiset jäämät neutraloidaan *ProCare Lab 30 P-* tai *ProCare Lab 30 C* -kemikaalilla.
- Jos lasipintoihin ei saa jäädä yhtään fosfaatteja, myös prosessiveden fosfaattipitoisuus on tarkastettava.
- Pienin annostelulämpötila: ≥ 15 °C, suositeltu enimmäislämpötila käytön aikana: ≤ 80 °C

Ohjelman kulku:
Yleisohjelmaan perustuva esimerkki.



Yleispesu:
1 Esipesu
Kylmä vesi, ei lämmitystä, ei prosessikemikaaleja
2 Varsinainen pesu
Kylmä/kuuma vesi, lämmitys, ProCare *Lab 11 AP*
3 Neutralointi
Kylmä/kuuma vesi, ei lämmitystä, *ProCare Lab 30 P-* tai *ProCare Lab 30 C*
4 Useita huuhteluita
Kylmä/lämmin vesi tai demineralisoitu vesi/ultrapuhdas vesi, ei lämmitystä.
5 Loppuhuuhtelu
Demineralisoitu vesi/ultrapuhdas vesi, lämmitys
6 Kuivaus

Huomaa!
- *ProCare Lab 11 AP* -pesuliuos on huuhdeltava kokonaan pois vedellä (mieluiten täysin demineralisoidulla vedellä).
- Ei saa sekoittaa muiden tuotteiden kanssa.
- Noudata laboratoriolasivalmistajien puhdistussuosituksia.
- Loppuhuuhtelussa suositellaan käytettäväksi demineralisoitua vettä vesitahrojen välttämiseksi.
- Myös Miele Professional -laboratoriopesukoneiden käyttöohjeita tulee noudattaa.
- Vain ammattikäyttöön.

[1]Lasi- ja [2]muovityypit, jotka soveltuvat emäksiseen konepesuun valmistajan ohjeiden mukaisesti.

ProCare
Lab 11 AP

Puhdistusaine

Tekniset tiedot:
- Irtotiheys: n. 970 g/l
- pH-arvo (määritetty käytettäessä täysin demineralisoitua vettä, 20 °C) 2–4 g/l: noin 11,5–11,7

Ainesosat pesuaineista annetun EY-asetuksen nro 648/2004 mukaisesti:
- < 5 % ionittomia tensidejä
- 5–15 % happivalkaisuainetta

Säilytys:
- Sulje kansi tiiviisti käytön jälkeen. Tuotteella on taipumus paakkuuntua kosteudelle altistuessaan, mikä saattaa heikentää sen tehoa.
- Säilytyslämpötila: 0 °C ... 25 °C.
- Säilyy asianmukaisesti säilytettynä 2 vuotta.
- Viimeinen käyttöpäivä: Merkitty etikettiin tiimalasi-symbolin perään .

Varoitukset ja turvallisuusohjeet:
Katso turvallisuus- ja ympäristötiedot käyttöturvallisuustiedotteista. Löydät ne Mielen verkkosivuilta.

Hävitä pakkaukset vain tyhjinä ja suljettuina. Tuotejäämien hävittäminen: ks. käyttöturvallisuustiedote.

Kaikki tässä tuotetietokortissa annetut tiedot ovat ajantasaisia, oikeita ja totuudenmukaisia. Se ei kuitenkaan vapauta käyttäjiä velvoitteesta suorittaa omia tarkastuksia ja testejä. Tätä ei voida pitää tuotteen ominaisuuksien tai ominaispiirteiden laillisena takuuna.

Pakkausyksiköt ja varusteet:

Nimitys	Pakkausyksikkö
ProCare Lab 11 AP	10 kg sanko

Yhteystiedot:

Saksa
Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tel.: +49 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Suomi
Miele Oy
Porttikaari 6
01200 Vantaa
Tel.: +358 9 87597-0
professional@miele.fi
www.miele.fi/professional

Saksa
Chemische Fabrik
Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85
20539 Hamburg
www.drweigert.de

© Miele & Cie. KG, Gütersloh / mat.nro 12974840 / FM 19-0423 / Versio: 07/2025