

# ProCare

Med 30 P

## Agente neutralizzante a base di acido inorganico

### Istruzioni d'uso

#### Applicazione

ProCare Med 30 P è un neutralizzante acido per termodisinfettanti dopo la pulizia alcalina automatizzata di dispositivi medici termostabili riutilizzabili, invasivi e non-invasivi, come strumenti e utensili chirurgici.

#### Proprietà

ProCare Med 30 P è un neutralizzante acido avente le seguenti proprietà:

- Rimuove delicatamente i residui alcalini dagli oggetti trattati
- È in grado di prolungare la durata di vita degli strumenti prevenendo la formazione di macchie sull'oggetto trattato con detergenti alcalini che potrebbero causare danni irreversibili ai materiali nel successivo ciclo di trattamento, ad esempio durante la sterilizzazione
- Privo di tensioattivi

#### Compatibilità dei materiali

Adatto ad acciaio inossidabile, materie plastiche, vetro e ceramica. Non compatibile con alluminio (anodizzato) e zinco.

Per materiali non elencati in precedenza si prega di contattare il rappresentante locale per stabilire l'idoneità del materiale.

#### Dosaggio e applicazione

Il dosaggio ottimale dipende principalmente dalla quantità di residui alcalini. Assicurare il drenaggio completo del liquore di lavaggio prima della neutralizzazione.

In pratica, una fase di neutralizzazione con un dosaggio compreso tra 1 e 3 mL/L garantisce ottimi risultati con un trattamento di almeno 1 minuto dopo la pulizia con ProCare Med 10 A. Consultare le istruzioni d'uso di ProCare Med 10 A per ulteriori dettagli.

Effettuare un idoneo risciacquo intermedio dopo la fase di neutralizzazione con ProCare Med 30 P per almeno 1 minuto per garantire l'assenza di segni sugli oggetti trattati ed evitare la corrosione.

Per termodisinfettanti Miele e Steelco vengono fornite informazioni specifiche riguardo a cicli di programmi completi per diverse discipline mediche nelle rispettive Istruzioni d'uso.

#### Attenzione!

Per attrezzature per anestesia si raccomanda l'utilizzo di ProCare Med 30 C. • Non miscelare con altri prodotti! • Contattare il Servizio Assistenza Miele/Steelco in caso di conversione ad altri prodotti. • Il trattamento deve essere conforme a tutte le ordinanze previste dai regolamenti sui dispositivi medici e deve essere eseguito tramite idonei processi validati. • In conformità con le linee guida nazionali e/o la norma EN ISO 15883, è necessaria una qualificazione delle prestazioni. • Attenersi alle raccomandazioni sul ricondizionamento emesse dai produttori della strumentazione in relazione alle disposizioni della norma ISO 17664. • Attenersi alle istruzioni d'uso riportate sui termodisinfettatori Miele/Steelco. • Per l'utilizzo in termodisinfettatori diversi da quelli forniti da Miele/Steelco, rivolgersi al produttore del termodisinfettatore in questione e attenersi alle rispettive istruzioni d'uso.

# ProCare

**Med 30 P**

## Agente neutralizzante a base di acido inorganico

**Dati tecnici**

Densità (concentrato): 1,1 g/mL

Valore di pH (soluzione all'1% in acqua demineralizzata): circa 2.3

Aspetto (concentrato): trasparente, incolore

**Componenti**

Acido inorganico

**Trasporto e conservazione**

Conservare il prodotto a temperature comprese tra 5 °C e 25 °C.

**Informazioni relative a smaltimento e riciclaggio**

I contenitori, i tappi a vite e le etichette sono realizzati in polietilene riciclabile. Per lo smaltimento dei contenitori usati, inclusi quelli contenenti residui di prodotto e soluzione trattata, attenersi ai regolamenti locali sullo smaltimento di rifiuti e acque reflue.

Per lo smaltimento di prodotto inutilizzato, consultare la scheda dei dati di sicurezza.

**Informazioni di sicurezza**

Per informazioni sulla sicurezza sul lavoro, consultare la scheda dei dati di sicurezza.

**Marcatura CE**

ProCare Med 30 P è conforme ai requisiti per dispositivi medici ai sensi del Regolamento relativo ai dispositivi medici (UE) 2017/745.

**Disponibilità**

Contattare il rappresentante locale riguardo alle attuali dimensioni dei contenitori.

**Dati di contatto****Germania**

Miele & Cie. KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
Telefon +49 (0) 8002244644  
vertrieb@miele-professional.de  
www.miele.de/professional

**Italia**

Miele Italia G.m.b.H  
Strada di Circonvallazione, 27  
39057 San Michele Appiano (BZ)  
Tel. +39 0471 666319  
Fax +39 0471 666350  
professional@miele.it  
www.miele.it/it/professional  
www.miele.it/de/professional

**Italy**

Steelco S.p.A.  
Via Balegante 27,  
31039 Riese Pio X (TV)  
Tel: +39 0423 7561  
www.steelcogroup.com

**Svizzera**

Miele AG  
Limmatstr. 4  
8957 SPREITENBACH  
Tel. +41 56 417 27 51  
Fax +41 56 417 24 69  
www.miele.ch/de/professional  
www.miele.ch/fr/professional

**Produttore****Svizzera**

Borer Chemie AG  
Gewerbestrasse 13  
4528 Zuchwil  
Tel +41 32 686 56 00  
office@borer.ch  
www.borer.ch