ProCare
Med 10 PRE

Détergent écologique destiné à un usage manuel

Instructions d'utilisation

Application
ProCare Med 10 PRE est un détergent doux pour le retraitement manuel minutieux de dispositifs médicaux réutilisables, thermostables, invasifs et non-invasifs tels que les instruments et les ustensiles chirurgicaux, les instruments de chirurgie mini-invasive (CMI), les endoscopes rigides et les équipements d'anesthésie, etc.

Il convient également pour l'immersion d'instruments avant un traitement automatisé, ce qui réduit le risque de corrosion des instruments et le séchage des surfaces souillées.

ProCare Med 10 PRE convient également pour des bains à ultrasons.

Propriétés
Grâce à son mélange optimal de tensio-actifs, ProCare Med 10 PRE présente les propriétés suivantes :
- pH neutre
- Large éventail de compatibilité des matériaux
- À base d'une formule sans NTA ni phosphates
- Excellente biodégradabilité

Compatibilité des matériaux
Convient pour l'acier inoxydable, l'aluminium (anodisé), les métaux non ferreux, le PVC, le caoutchouc, les matières plastiques, la céramique.

Pour les matériaux non mentionnés ci-dessus, veuillez contacter votre représentant local afin de déterminer si le matériau est compatible.

Dosage et application

Application	Dosage	Remarques
(Pré)-nettoyage manuel des dispositifs médicaux	0.5 – 1.0 %	Laisser tremper les instruments pendant 2 à 15 minutes, les brosser si nécessaire. N'utiliser la solution qu'une seule fois.
Nettoyage par ultrasons	0.5 – 1.0 %	Sonication d'environ 5 min.
Laisser tremper les instruments avant un nettoyage automatisé	0.2 – 0.5 %	N'utiliser la solution qu'une seule fois.

Rincer les instruments à l'eau après les avoir nettoyés ou avant de les mettre dans le laveur-désinfecteur.

Remarque !
Ne pas mélanger à d'autres produits ! • Contacter le service Miele/Steelco en cas de changement de produit • Le traitement doit se conformer à toutes les ordonnances conformément aux règlementations relatives aux dispositifs médicaux et doit être réalisé selon des processus appropriés et validés. • Suivre les recommandations sur le retraitement publiées par les fabricants d'instruments comme requis par la norme ISO 17664.

System4Med

ProCare
Med 10 PRE

Détergent écologique destiné à un usage manuel

Données techniques
Densité (concentré) : 1.1 g/mL
Valeur pH (1 % de solution dans de l'eau déminéralisée) : environ 7.5
Apparence (concentré) : transparent, incolore à jaune

Ingrédients
Tensio-actifs, agents complexants, inhibiteur de corrosion

Transport et stockage
Transporter et entreposer ce produit entre 5 et 25 °C.
Ce dispositif médical est sensible au froid. Si la température ambiante de transport est susceptible d'être inférieure à 5 °C, ce produit doit être expédié par camion/conteneur maritime à une température contrôlée supérieure à 5 °C, ou en utilisant des caches de protection pour éviter que la température ambiante ne descende en dessous de moins 5 °C pendant plus de 10 heures lors du transport.

Informations relatives à l'élimination et au recyclage
Les conteneurs, les bouchons à vis et les étiquettes sont fabriqués en polyéthylène recyclable. Pour l'élimination de conteneurs usagés, y compris ceux contenant du produit résiduel et une solution de traitement, les réglementations locales en matière de déchets et d'eaux usées doivent être respectées.
Pour l'élimination du produit non usagé, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité.

Consignes de sécurité
Pour obtenir des informations concernant la sécurité au travail, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité.

Marquage CE
ProCare Med 10 PRE satisfait aux exigences relatives aux dispositifs médicaux conformément à la règlementation sur les dispositifs médicaux (EU) 2017/745.

Disponibilité
Veuillez contacter votre représentant local pour en savoir plus sur les dimensions actuelles du conteneur.

Coordonnées

Allemagne

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Telefon +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

France

Miele S.A.S.
9, avenue Albert Einstein
93150 LE BLANC-MESNIL
Tel. +33 1 4939-4444
Fax +33 1 4939-4438
advpro@miele.fr
savpro@miele.fr
www.miele.fr/professional

Suisse

Miele AG
Limmatstr. 4
8957 SPREITENBACH
Tel. +41 56 417 27 51
Fax +41 56 417 24 69
www.miele.ch/de/professional
www.miele.ch/fr/professional

Italie

Steelco S.p.A.
Via Balegante 27,
31039 Riese Pio X (TV)
Tel: +39 0423 7561
www.steelcogroup.com

Luxembourg

Miele s.à.r.l.
20, Rue Christophe Plantin
L-2339 LUXEMBOURG
Tel. +352 49711-25
Fax +352 49711-39
infolux@miele.lu
www.miele.lu/de/professional
www.miele.lu/fr/professional

Belgique

N.V. MIELE S.A.
Z.5 Mollem 480
1730 MOLLEM
Tel. +32 2 4511-540
Fax +32 2 4511-414
professional@miele.be
www.miele.be/fr/professional
www.miele.be/nl/professional

Fabricant

Suisse
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13
4528 Zuchwil
Tel +41 32 686 56 00
office@borer.ch
www.borer.ch

System4Med

11963370 / 07-2021