Miele

ProCare
Lab 10 AO

Puhdistusaine

Käyttö:
Nestemäinen tiiviste, emäksinen. Laboratoriolasien ja -välineiden puhdistukseen Miele Professional -laboratoriopesukoneissa.

Pääasialliset käyttökohteet:
ProCare Lab 10 AO on tarkoitettu yleiskäyttöön mikrobiologian, virologian ja isotooppilääketieteen laboratorioissa sekä elintarvike- ja maaliteollisuuden laboratorioissa.

Tuotteen ominaisuudet:
- Erinomainen puhdistusteho.
- Poistaa tehokkaasti itsepintaisen orgaanisen lian.
- Poistaa elatusainejäämät, veri- ja proteiinijäämät, radioaktiiviset likajäämät, solukudos- ja solujen kerroskasvatuksen jäämät.
- Ei sisällä tensidejä eikä muita pinta-aktiivisia aineita.
- Aktiivikloori* antaa hapetustehoa.
- Sopii käytettäväksi enintään 5 °dH (1 mmol/l) veden kovuuksilla.

Soveltuu: Ruostumattomalle teräkselle, laboratoriolaseille[1], keramiikalle, muoveille[2] (PE, PP, PVDF, PTFE)
Ei sovellu: Kevytmetalleille ja raudattomille metalleille, kevytmetallin seoksille, alumiinille, eloksoidulle alumiinille

Käyttö ja annostus:
ProCare Lab 10 AO on suunniteltu käytettäväksi Miele Professional -laboratoriopesukoneissa.
- Tarkka ja taloudellinen annostelu annostuspumpun avulla.
- Käytä asianmukaisia annostusvälineitä.
- Annostussuhde: Annostusmäärä valitaan likaisuusasteen mukaan ja sen tulisi olla 2–4 ml/l.
- Ohjelman happaman neutraloinnin vaiheessa emäksiset jäämät neutraloidaan *ProCare Lab 30 P-* tai *ProCare Lab 30 C* -kemikaalilla.
- Matalin annostelulämpötila: ≥ 15 °C, suositeltu enimmäislämpötila käytön aikana: ≤ 75 °C

Ohjelman kulku:
Yleisohjelmaan perustuva esimerkki.



Yleispesu:
1 Esipesu
Kylmä vesi, ei lämmitystä, ei prosessikemikaaleja
2 Varsinainen pesu
Kylmä/kuuma vesi, lämmitys, *ProCare Lab 10 AO*
3 Neutralointi
Kylmä/kuuma vesi, ei lämmitystä, ProCare *Lab 30 P- tai ProCare Lab 30 C*
4 Useita huuhteluita
Kylmä/lämmin vesi tai demineralisoitu vesi/ultrapuhdas vesi, ei lämmitystä.
5 Loppuhuuhtelu
Demineralisoitu vesi/ultrapuhdas vesi, lämmitys
6 Kuivaus

Huomaa!
- *ProCare Lab 10 AO* -pesuliuos on huuhdeltava kokonaan pois vedellä (mieluiten täysin demineralisoidulla vedellä).
- Ei saa sekoittaa muiden tuotteiden kanssa.
- Huuhtele annostusjärjestelmä ja imuputket ennen kuin vaihdat tuotteen toiseen.
- Noudata laboratoriolasivalmistajien puhdistussuosituksia.
- Loppuhuuhtelussa suositellaan käytettäväksi demineralisoitua vettä vesitahrojen välttämiseksi.
- Myös Miele Professional -laboratoriopesukoneiden käyttöohjeita tulee noudattaa.
- Vain ammattikäyttöön.

* Huomautus:
Aktiivikloorin sisältävät pesuaineet aiheuttavat pesu- ja desinfiointikoneiden orgaanisten materiaalien, kuten muovien ja elastomeerien suurempaa kulumista. Siksi varsinaisessa pesussa ei koskaan pitäisi käyttää yli 75 °C:n lämpötiloja käytettäessä pesuaineita, joiden klooripitoisuus on suuri. Miele suosittelee koneiden huoltamista vuosittain tai 1 000 käyttötunnin jälkeen, jotta vältetään osien liika kulumi-nen. Säännöllisten huoltojen laiminlyönti saattaa saada takuun raukeamaan. Ota yhteyttä Mielen asiakaspalveluun tai pyydä tarjousta kunnossapitosopimuksesta.
[1]Lasi- ja [2]muovityypit, jotka soveltuvat emäksiseen konepesuun valmistajan ohjeiden mukaisesti.

ProCare
Lab 10 AO

Puhdistusaine

Tekniset tiedot:
- Tiheys (20 °C): noin 1,3 g/cm³
- pH-arvo (määritetty käytettäessä täysin demineralisoitua vettä, 20 °C) 2–4 ml/l: noin 11,8–12,1

Ainesosat pesuaineista annetun EY-asetuksen nro 648/2004 mukaisesti:
- < 5 % kloorivalkaisuaineita
- 5–15 % fosfaatteja

Säilytys:
- Säilytä pakkasessa ja suojassa auringonvalolta.
- Säilytyslämpötila: 0 °C ... 25 °C
- Säilyy asianmukaisesti säilytettynä 1 vuotta.
- Viimeinen käyttöpäivä: Merkitty etikettiin tiimalasi-symbolin perään.

Varoitukset ja turvallisuusohjeet:
Katso turvallisuus- ja ympäristötiedot käyttöturvallisuustiedotteista. Löydät ne Mielen verkkosivuilta.

Hävitä pakkaukset vain tyhjinä ja suljettuina. Tuotejäämien hävittäminen: ks. käyttöturvallisuustiedote.

Kaikki tässä tuotetietokortissa annetut tiedot ovat ajantasaisia, oikeita ja totuudenmukaisia. Se ei kuitenkaan vapauta käyttäjiä velvoitteesta suorittaa omia tarkastuksia ja testejä. Tätä ei voida pitää tuotteen ominaisuuksien tai ominaispiirteiden laillisena takuuna.

Pakkausyksiköt ja varusteet:

Nimitys	Pakkausyksikkö
ProCare Lab 10 AO	5 l kanisteri
Kanisteriavain	5, 10 ja 20 l kanistereille
DTD 2 -alusta	5 ja 10 l kanistereille

Yhteystiedot:

Saksa
Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tel.: +49 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Suomi
Miele Oy
Porttikaari 6
01200 Vantaa
Tel.: +358 9 87597-0
professional@miele.fi
www.miele.fi/professional

Saksa
Chemische Fabrik
Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85
20539 Hamburg
www.drweigert.de

© Miele & Cie. KG, Gütersloh / mat.nro 12978750 / FM 19-0506 / Versio: 07/2025