ProCare
Med 10 A

Istruzioni d'uso

Detergente alcalino multiuso per trattamento automatizzato

Applicazione
ProCare Med 10 A è un detergente alcalino, compatibile con i materiali, appositamente progettato per termodisinfettatori per il trattamento automatizzato di dispositivi medici riutilizzabili, termostabili, invasivi e non-invasivi, quali strumenti chirurgici, microchirurgici e MIS, apparecchi per anestesia e ventilazione polmonare e altre attrezzature mediche.

Proprietà
ProCare Med 10 A è un detergente alcalino avente le seguenti proprietà:
- Rimuove in modo delicato ma efficace tracce ematiche, residui di tessuti, proteine
- Eccellenti proprietà di rimozione di contaminanti e di dispersione
- Appositamente studiato per l'utilizzo in termodisinfettatori
- Eccellente compatibilità dei materiali
- Privo di tensioattivi e alcali caustici

Compatibilità dei materiali
Adatto ad acciaio inossidabile, materie plastiche, elastomeri, gomma, lattice, ceramica e vetro. Non compatibile con alluminio (anodizzato) e titanio.

Per materiali non elencati in precedenza si prega di contattare il rappresentante locale per stabilire l'idoneità del materiale.

Dosaggio e applicazione
Il dosaggio ottimale dipende da fattori quali la durezza dell'acqua e la natura della contaminazione. In generale, l'utilizzo di acqua addolcita migliora i risultati di pulizia. Di conseguenza, è possibile ridurre il dosaggio.
In pratica, un dosaggio compreso tra 3 e 10 mL/L garantisce risultati ottimali con un trattamento di almeno 10 minuti a 60 °C.
Effettuare un idoneo risciacquo intermedio dopo la fase di pulizia con acqua o ProCare Med 30 P (ProCare Med 30 C in caso di materiale per anestesia) per almeno 1 minuto. Per ulteriori dettagli consultare le istruzioni d'uso di ProCare Med 30 P.

Per i termodisinfettatori Miele e Steelco vengono fornite informazioni specifiche riguardo a cicli di programmi completi per le diverse discipline mediche nelle rispettive istruzioni d'uso.

Attenzione!
Non miscelare con altri prodotti! • Contattare il Servizio Assistenza Miele/Steelco in caso di conversione ad altri prodotti. • Il trattamento deve essere conforme a tutte le ordinanze previste dai regolamenti sui dispositivi medici e deve essere eseguito tramite idonei processi validati. • In conformità con le linee guida nazionali e/o la norma EN ISO 15883, è necessaria una qualificazione delle prestazioni. • Attenersi alle raccomandazioni sul ricondizionamento emesse dai produttori della strumentazione in relazione alle disposizioni della norma ISO 17664. • Attenersi alle istruzioni d'uso riportate sui termodisinfettatori Miele/Steelco. • Per l'utilizzo in termodisinfettatori diversi da quelli forniti da Miele/Steelco, rivolgersi al produttore del termodisinfettatore in questione e attenersi alle rispettive istruzioni d'uso.

System4Med

ProCare
Med 10 A

Detergente alcalino multiuso per trattamento automatizzato

Dati tecnici
Densità (concentrato): 1,4 g/mL
Valore di pH (soluzione all'1% in acqua demineralizzata): circa 11.3
Aspetto (concentrato): trasparente, incolore

Componenti
Alcali, agenti complessanti, inibitori di corrosione, agenti sequestranti

Trasporto e conservazione
Conservare il prodotto a temperature comprese tra 5 °C e 25 °C.

Informazioni relative a smaltimento e riciclaggio
I contenitori, i tappi a vite e le etichette sono realizzati in polietilene riciclabile. Per lo smaltimento dei contenitori usati, inclusi quelli contenenti residui di prodotto e soluzione trattata, attenersi ai regolamenti locali sullo smaltimento di rifiuti e acque reflue.
Per lo smaltimento di prodotto inutilizzato, consultare la scheda dei dati di sicurezza.

Informazioni di sicurezza
Per informazioni sulla sicurezza sul lavoro, consultare la scheda dei dati di sicurezza.

Marcatura CE
ProCare Med 10 A è conforme ai requisiti per dispositivi medici ai sensi del Regolamento relativo ai dispositivi medici (UE) 2017/745.

Disponibilità
Contattare il rappresentante locale riguardo alle attuali dimensioni dei contenitori.

Dati di contatto

Germania

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Telefon +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Italia

Miele Italia G.m.b.H
Strada di Circonvallazione, 27
39057 San Michele Appiano (BZ)
Tel. +39 0471 666319
Fax +39 0471 666350
professional@miele.it
www.miele.it/it/professional
www.miele.it/de/professional

Italy

Steelco S.p.A.
Via Balegante 27,
31039 Riese Pio X (TV)
Tel: +39 0423 7561
www.steelcogroup.com

Svizzera

Miele AG
Limmatstr. 4
8957 SPREITENBACH
Tel. +41 56 417 27 51
Fax +41 56 417 24 69
www.miele.ch/de/professional
www.miele.ch/fr/professional

Produttore

Svizzera
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13
4528 Zuchwil
Tel +41 32 686 56 00
office@borer.ch
www.borer.ch

System4Med

11961970 / 07-2021