APWD 338
Verschlussplomben
mit Indikator, um ungewolltes Öffnen nach der Dampfsterilisation zu verhindern.

- Indikator f. die Dampfsterilisation nach EN ISO 11140-1 Klasse 1
- 100 Stück pro Packung

EAN-Nr.: 4046963756512 / Materialnummer: 12566280 /
Alte Materialnummer: 69633800D

Produktzugehörigkeit	
Klein-Sterilisatoren	•
Gerätezugehörigkeit	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
Produktkategorie	
Plombe	•
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Ophthalmologie-Instrumentarium	•
Aufbereitung von HNO-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Aufbereitung von VET-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Podologie-Instrumentarium	•
Aufbereitung von OP-Instrumenten	•
Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten	•
Produkteigenschaften	
Material	Kunststoff
Farbe	Orange
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	60
Außenmaß, Bruttobreite in mm	200
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	200
Nettogewicht in kg	0,07
Bruttogewicht in kg	0,07