

APWD 338

Verschlussplomben

mit Indikator, um ungewolltes Öffnen nach der Dampfsterilisation zu verhindern.



- Indikator für die Dampfsterilisation nach EN ISO 11140-1 Klasse 1
- 100 Stück pro Packung

EAN: 4046963756512 / Materialnummer: 12566280 /
Alte Materialnummer: 69633800D

Produktzugehörigkeit	
Klein-Sterilisatoren	•
Gerätezugehörigkeit	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
Produktkategorie	
Plombe	•
Produkteigenschaften	
Material	Kunststoff
Farbe	Orange
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Ophthalmologie-Instrumentarium	•
Aufbereitung von HNO-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Aufbereitung von VET-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Podologie-Instrumentarium	•
Aufbereitung von OP-Instrumenten	•
Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten	•