


ZS 150-1
Helix-Test
zur optimalen Prozesskontrolle des Klein-Sterilisators.

EAN: 4002515540381 / Materialnummer: 09910260 / Alte Materialnummer: 68915002D



- Überprüfung der Dampfdurchdringung mit chemischem Indikator
- Anzeige der Ergebnisse durch Farbumschlag
- 1 Prüfkörper, 250 Indikatoren

Produktzugehörigkeit	
Klein-Sterilisatoren	•
Gerätezugehörigkeit	
PS 1201 B EXCELLENCE	•
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
Produktkategorie	
Indikator/Test	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	22
Außenmaß, Nettobreite in mm	117
Außenmaß, Nettotiefe in mm	177
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	23
Außenmaß, Bruttobreite in mm	120
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	177
Nettogewicht in kg	0,05
Bruttogewicht in kg	0,09