# APLW 923 RFK 3rd int DC5 50Hz
Nachrüstsatz
für dritte interne Dosierpumpe für Prozesschemikalien (90 cm breite Geräte)

- Dosierüberwachung – hohe Prozesssicherheit nach DIN EN ISO 15883
- Der Einbau erfolgt über den Kundendienst, Zusatzkosten möglich

EAN: 4002516973089 / Materialnummer: 12976550 /
Alte Materialnummer: 69692300DAC

| | |
|---|---|
| **Produktzugehörigkeit** | |
| Laborspüler | • |
| Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin | • |
| **Gerätezugehörigkeit** | |
| PLW 8683 CD | • |
| PWD 8682 CD | • |
| **Produktkategorie** | |
| Umbausatz | • |
| Dosiersystem | • |
| **Anwendungsbereich** | |
| Aufbereitung von Reagenzgläsern | • |
| Aufbereitung von Laborglas | • |
| Aufbereitung von Anästhesie-Instrumentarium | • |
| Aufbereitung von MIC-Instrumentarium | • |
| Aufbereitung von Ophthalmologie-Instrumentarium | • |
| Aufbereitung von Robotik-Instrumentarium | • |
| Aufbereitung von GYN-Instrumentarium | • |
| Aufbereitung von HNO-Instrumentarium | • |
| Aufbereitung von VET-Instrumentarium | • |
| Aufbereitung von Podologie-Instrumentarium | • |
| Aufbereitung von OP-Schuhen | • |
| Aufbereitung von Nierenschalen | • |
| Aufbereitung von Babyflaschen | • |
| Aufbereitung von OP-Instrumenten | • |
| Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten | • |
| Aufbereitung von orthopädischem OP-Instrumentarium | • |
| Aufbereitung von Trays/Tabletts | • |
| Aufbereitung von Messzylindern | • |
| Aufbereitung von Sammelgefäßen | • |
| Aufbereitung von Kleinteilen | • |
| **Maße und Gewicht** | |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm | 140 |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 150 |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm | 260 |
| Nettogewicht in kg | 0,82 |
| Bruttogewicht in kg | 0,97 |