


ZS 150-1

Helix-test

voor een optimale procescontrole van de tabletop sterilisator.

EAN: 4002515540381 / Materiaalnummer: 09910260 / Oud Materiaalnummer: 68915002D



- Controle van de stoomdoordringing met chemische indicator
- Kleuraanduiding van resultaat
- 1 controlestrook, 250 indicatoren

Productcategorisatie	
Kleine sterilisatoren	•
Accessoires bij het toestel	
PS 1201 B EXCELLENCE	•
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
Productcategorie	
Indicator/test	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	22
Buitenmaat, nettobreedte in mm	117
Buitenmaat, nettodiepte in mm	177
Buitenmaat, brutohoogte in mm	23
Buitenmaat, brutobreedte in mm	120
Buitenmaat, brutodiepte in mm	177
Nettogewicht in kg	0,05
Brutogewicht in kg	0,09