# ProCare Lab 10 AO - 5 l

vloeibaar reinigingsmiddel, alkalisch, 5 l
voor speciale machinale reiniging van laboratoriumglaswerk en -gerei.

EAN: 4002515649855 / Materiaalnummer: 10265580 /
Oud Materiaalnummer: 62926101EU1

- Aanwijzingen voor het gebruik van reinigingsmiddelen met actief chloor*
- Oxiderende werking, vrij van tensides
- Speciaal ontwikkeld voor Miele Professional reinigings- en desinfectietoestellen
- Geschikt voor roestvrij staal, laboratoriumglaswerk, keramiek en kunststof
- Goede reiniging voor organische vervuiling

* Bij gebruik van reinigingsmiddelen met actief chloor valt een verhoogde slijtage van organische materialen zoals bijv. kunststoffen en elastomeren in het reinigings- en desinfectietoestel te verwachten. In de reinigingsfase met chloorhoudende reinigingsmiddelen moet een max. temperatuur van 75 °C niet worden overschreden. Om deze verhoogde slijtage tegen te gaan, raadt Miele nadrukkelijk een jaarlijks onderhoud van het apparaat aan of een onderhoud na 1000 bedrijfsuren.

Zonder onderhoud kunnen de kwaliteitseisen en garantie-eisen verlopen.

Neem op tijd contact op met Miele Service of laat een aanbod voor een onderhoudscontract opstellen.

| | |
|---|---|
| **Productcategorisatie** | |
| Laboratoriumspoelmachines | • |
| **Mogelijkheden** | |
| Verwijderen van eiwit | • |
| Verwijderen van bloed | • |
| Verwijderen van voedingsbodemresten | • |
| Verwijderen van organische resten | • |
| Verwijderen van resten van weefsel- en celculturen | • |
| Verwijderen van radioactieve bestanddelen | • |
| Verwijderen van algen | • |
| **Dosering** | |
| Doseeradvies per wasbeurt | 2–4 ml/l (0,2–0,4%) |
| Grote opening voor doseerlans | • |
| Automatische dosering | • |
| Aanbevolen waterhardheid in mmol/l | 0-1 |
| **Belangrijkste toepassingen** | |
| Microbiologische laboratoria | • |
| Virologische laboratoria | • |
| Nucleairgeneeskundige laboratoria | • |
| Laboratoria voor de voedingsindustrie | • |
| Verfindustrie | • |
| **Producteigenschappen** | |
| Mediatype | Alkalisch reinigingsmiddel |
| Aggregatietoestand | Vloeibaar concentraat |
| Inhoudsstoffen | Alkalihydroxide, Bleekmiddelen op chloorbasis, Fosfaat |
| pH-waarde bij 20 °C | 14,0 |
| Geschikt voor kunststof | • |
| Geschikt voor roestvrij staal | • |
| Geschikt voor laboratoriumglaswerk | • |
| Geschikt voor keramiek | • |
| Niet geschikt voor geanodiseerd aluminium | • |
| Niet geschikt voor niet-geanodiseerd aluminium | • |
| Niet geschikt voor lichte en non-ferrometalen | • |
| Oxidatieve werking door actief chloor | • |
| Oxiderende werking | • |
| **Opslaginstructies** | |
| Minimale bewaartemperatuur in °C | 0 |
| Maximale bewaartemperatuur in °C | 25 |
| **Afmetingen en gewicht** | |
| Buitenmaat, nettohoogte in mm | 217 |
| Buitenmaat, nettobreedte in mm | 142 |
| Buitenmaat, nettodiepte in mm | 248 |
| Buitenmaat, brutohoogte in mm | 250 |
| Buitenmaat, brutobreedte in mm | 190 |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm | 150 |
| Brutogewicht in kg | 6,90 |

ProCare Lab 10 AO - 5 l
vloeibaar reinigingsmiddel, alkalisch, 5 l
voor speciale machinale reiniging van laboratoriumglaswerk en -gerei.

EAN: 4002515649855 / Materiaalnummer: 10265580 /
Oud Materiaalnummer: 62926101EU1

| | |
|---|---|
| Inhoud in ml | 5000 |
| **Conformiteiten, keurmerken** | |
| GHS/CLP-conform | • |