

APWD 338

Zegellood

met indicator om onbedoeld openen na de stoomsterilisatie te voorkomen.



- Indicator voor stoomsterilisatie conform EN ISO 11140/1 klasse 1
- 100 stuks per verpakking

EAN: 4046963756512 / Materiaalnummer: 12566280 /
Oud Materiaalnummer: 69633800D

Productcategorisatie	
Kleine sterilisatoren	•
Accessoires bij apparatuur	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
Productcategorie	
Producteigenschappen	
Materiaal	Kunststof
Kleur	Oranje
Toepassing	
Herverwerking van oogheekkundige instrumenten	•
Herverwerking van KNO-instrumenten	•
Herverwerking van tandheekkundige instrumenten	•
Behandeling van instrumenten van dierenartsen	•
Behandeling van podologische instrumenten	•
Herverwerking van OK-instrumenten	•
Herverwerking van holle instrumenten	•