


ZS 150-1

Test Hélix

pour le contrôle optimal des processus du petit stérilisateur.



- Vérification pénétration de la vapeur avec un indicateur chimique
- Affichage des résultats par changement de couleurs
- 1 échantillon, 250 indicateurs

Code EAN: 4002515540381 / Numéro de matériel: 09910260 /
Ancien Numéro de matériel: 68915002D

Famille produit	
Petits stérilisateurs	•
Accessoires	
PS 1201 B EXCELLENCE	•
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
Catégorie de produit	
Indicateur/test	•
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	22
Cote extérieure, largeur nette en mm	117
Cote extérieure, profondeur nette en mm	177
Cote extérieure, hauteur brute en mm	23
Cote extérieure, largeur brute en mm	120
Cote extérieure, profondeur brute en mm	177
Poids net en kg	0,05
Poids brut en kg	0,10