

APWD 338

Scellés

avec indicateur pour éviter l'ouverture accidentelle après stérilisation vapeur.



- Indicateur de stérilisation vapeur selon EN ISO 11140-1 classe 1
- 100 pièces par paquet

Numéro EAN: 4046963756512 / Numéro de matériel: 12566280 /

Ancien Numéro de matériel: 69633800D

Famille produit	
Petits stérilisateur	•
Composants	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
Domaine d'application	
Traitement des instruments d'ophtalmologie	•
Traitement des instruments ORL	•
Traitement des instruments dentaires	•
Traitement des instruments VET	•
Traitement des instruments de podologie	•
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Traitement des instruments avec lumen	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Plastique
Couleur	Orange
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	60
Dimension extérieure, largeur brute en mm	200
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	200
Poids net en kg	0,07
Poids brut en kg	0,07