


O 175

Felső kosár

laborüvegek optimális behelyezéséhez.



- Szűknyakú- és laborüvegek behelyezésére
- Berakodási magasság: 170 mm mm¹
- Csatlakozóval rendelkezik a meleg levegős szárításhoz
- A por alakú szerek adagolása nem lehetséges

¹ A laboratóriumi üvegtől függően a maximális rakodási magasság csökkenhet

EAN: 4002511114876 / Anyagszám: 03807410 / Régi anyagszám: 69117501D

Termék-hozzárendelés	
Tisztító és fertőtlenítő automaták, laboratórium	•
A készülék besorolása	
PG 8535	•
PG 8536	•
Termékkategória	
Betét/modul keskeny nyakú üvegekhez	•
Injektor kosár	•
Felső kosár	•
Terméktulajdonságok	
Anyag	Nemesacél
Szín	Nemesacél
Maximális rakodási magasság (mm)	170
Felhasználási terület	
Laborüveg előkészítése	•
Kapacitás	
Keskeny nyakú üvegek [mennyiség]	33
Standard elektromos csatlakozás	
Fázisok száma	0
Feszültség (V)	0
Frekvencia (Hz)	0
Teljes teljesítményigény (kW)	0,00
Biztosíték (A)	0
Méret és súly	
Külső méret, nettó magasság (mm)	412
Külső méret, nettó szélesség (mm)	475
Külső méret, nettó mélység (mm)	531
Külső méret, bruttó magasság (mm)	270
Külső méret, bruttó szélesség (mm)	525
Külső méret, bruttó mélység (mm)	540
Nettó súly (kg)	6,30
Bruttó súly (kg)	7,20
Tartozék	
E 351 injektorfűvőka Ø 4 mm, 160 mm hosszú [mennyiség]	33
E 353 rögzítő az E 351 injektorfűvőkához [mennyiség]	33