


APLW 002

Vozík

pro optimální uložení velkoobjemového laboratorního skla, 5 a 10 l.



- Vybaveno 5 tryskami
- Pro uložení až 4 lahví o průměru max. 240 mm
- Pro uložení až 5 lahví o průměru max. 190 mm

EAN: 4002516115304 / Číslo materiálu: 11104490 / Číslo starého materiálu: 69300200D

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktová kategorie	
Injektorový koš	•
Modul na velkoobjemové laboratorní sklo	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Nerez
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Kapacita	
Lahve [počet]	5
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	413
Vnější rozměr, šířka netto v mm	535
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	582
Vnější rozměr, výška brutto v mm	580
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	565
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	615
Hmotnost netto v kg	5,94
Hmotnost brutto v kg	8,49