


APLW 633

Nástavec

pro optimální uložení nosných rámu pro dýchací přístroje a kyslíkových lahví.



- vhodné pro přípravu 2 nosných rámu pro dýchací přístroje
- nebo pro přípravu až 2 kyslíkových lahví
- natlakování možné pomocí malých sterilizačních lahví
- lze použít v koši APLW 152

EAN: 4002516726043 / Číslo materiálu: 12230150 / Číslo starého materiálu: 69663300D

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PLW 7111 [Safety]	•
Produktová kategorie	
Nástavec na nosný rám pro dýchací přístroj	•
Nástavec na kyslíkové lahve	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Oblasti použití	
Příprava nosného rámu pro dýchací přístroj	•
Příprava kyslíkových lahví	•
Kapacita	
Lahve na stlačený vzduch [počet]	2
Nosné rámy pro dýchací přístroje s lahví na stlačený vzduch [počet]	1
Nosné rámy pro dýchací přístroje [počet]	2
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška brutto v mm	360
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	520
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	530
Hmotnost netto v kg	10,91
Hmotnost brutto v kg	10,92